

お客様各位

日本アルコン株式会社

IOL デリバリーシステムモナーカートリッジ 滅菌期限変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、欧州における医療機器規則(EU MDR)の更新により、IOLデリバリーシステムモナーカートリッジの滅菌期限を、下記の通り変更いたしますことをご案内申し上げます。なお、別途ご案内させていただきました通り、外装の表記も変更になっておりますので、併せてご参照ください。

詳細につきましては、弊社営業担当にお問い合わせください。
今後とも弊社製品に一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■滅菌期限変更内容

変更前	変更後
5年	3年

※変更前の「5年」の記載がある製品は、交換不要で滅菌期限有効期間までご使用いただけます。

■対象製品

製品名	製品コード
IOL デリバリーシステム カートリッジ-A	8065977757
IOL デリバリーシステム カートリッジ-B	8065977758
IOL デリバリーシステム カートリッジ-C	8065977762
IOL デリバリーシステム カートリッジ-D	8065977763

■(参照)表記変更内容

※別途ご案内いたしました内容と、同様です。

種類・変更点	写真(左:変更前、右:変更後)	
<p>カートリッジ外箱</p> <p>テキストをシンボル表記へ変更</p>	正面	 
	側面	 
	側面	 
<p>カートリッジ個包装</p> <p>テキストをシンボル表記へ変更</p>		 

以上