

NEW

2023NEN SHINSHOUHIN GA HATSUBAI SAREMASHITA

Model No. : 11154

商品名 : 小児用トライアルフレーム

標準価格 : 20,000 円 (税別) / 製造販売届出番号 : 11B2X00040000670

- お顔にぴったりフィットするテストフレーム
- 顔にあたる部分とテンプルはやわらかいプラスチックで軽くて快適です
- ヘッドバンド付き (テンプルにゴムバンド付き)
- PD : 48mm
- レンズ受け : 前 2 枚



T.M.I. COMPANY, LIMITED.

■ Model No. : 3710

■ 商品名 : 恐竜ステレオテスト

標準価格 : 55,000 円 (税別)

製造販売届出番号 : 11B2X00040000682

●専用メガネは使用しません。(レンチキュラー印刷)

●頭や製品を動かすと、立体に見える絵が動くので正解が分かっけてしまいます。

しかし、絵が動くことは確認できても、絵が『浮いている』または『沈んでいる』かはわかりません。その為、各行の絵のうち、『浮いて見える絵』と『沈んで見える絵』が描かれており、『浮いている』または『沈んでいる』を答えてもらいます。

- プレート #2 : 『浮いて見える絵』と『沈んで 見える絵』が描かれています。
テスト 1 (1 ~ 4) ⇒ 400 秒 ~ 40 秒
テスト 2 (A ~ C) ⇒ 400 秒 (A)
200 秒 (B)
80 秒 (C)
- 解答は冊子の裏面に印刷されています。



●プレート #1 :
全体的な立体視をテストする恐竜が描かれています。

参考文献 :

Comparison Between the BEST Stereopsis Test and the Stereo Fly Test

Authored by: Shankaran Ramaswamy, BS Optom, PhD; Kathleen O' Leary, OD; Mengli Han, OD; Jack Richman, OD

Published in Volume 7, Issue 3, July 2019 of the Optometry & Visual Performance Journal

Comparison of a New, Filter-Free Stereopsis Test (BEST) With the Randot Stereotest in a Pediatric Cohort

Oded Lagstein, MD; Idan Hecht, MD; Irene Anteby, MD

Journal of Pediatric Ophthalmology and Strabismus. 2020;57(2):129-135

■ Model No. : 5012

■ 商品名 : Pelli-Robson PV ナンバー 近見コントラスト センサティヴィティー チャート



標準価格 : 175,000 円 (税別) / 製造販売届出番号 : 11B2X00040000653

コントラスト感度の減少する同じサイズの文字を使用して、log コントラスト感度を測定します
コントラストが同じ 3 つの文字視標で 1 グループとなっており、1 グループごとにコントラストが 0.15 Log 刻みで減少します

- チャート : 3 枚
- 付属品 : 検査用紙、数字一覧カード
- コントラスト感度 : 0.00 ~ 2.25/16 段階
- チャートサイズ : 228mm × 295mm



TMI 株式会社 テイエムアイ

〒352-0006 埼玉県新座市新座 1 丁目 2 番 10 号 Tel:048-481-2501 Fax:048-481-9913

E-Mail:info@tmi-st.com http://www.tmi-st.com

Vol.1 : 2023.6