



# MioVision™

細径電子内視鏡コンソール



一般の名称：内視鏡用光源・プロセッサ装置  
医療機器認証番号：12B1X10015000055  
クラス分類：クラスI（一般医療機器）  
特定保守管理医療機器

## この1台に機能を集約

光源・モニタ・レコーダー搭載



タッチパネル採用



VESA規格(100×100mm)対応

角度調整可能なスタンドボール

### 組み合わせ可能な医療機器

#### 電子涙道内視鏡

一般の名称: 硬性涙道鏡

医療機器認証番号: 307AFBZX00069000

クラス分類: クラスⅡ (管理医療機器)

特定保守管理医療機器

#### 先端ストレートタイプ


商品コード: 86-325

品番: CML-02

#### 先端わん曲タイプ

商品コード: 86-326

品番: CML-06



### 製品情報

| 商品コード  | 品名           | 品番      | 寸法               | LCDサイズ    | 重量     | 映像出力    |
|--------|--------------|---------|------------------|-----------|--------|---------|
| 86-324 | 細径電子内視鏡コンソール | CCU-002 | W340×H315×D66 mm | 13.3 inch | 2.5 kg | HDMI ×1 |

### 製品に関するお問い合わせ

医療機器情報室

☎ 0120-226-410

受付時間: 9時～17時15分  
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)



販売

ニプロ株式会社  
大阪府摂津市千里丘新町3番26号



製造販売

株式会社町田製作所  
千葉県我孫子市我孫子1-15-12