

ご案内

2025年12月

お客様 各位

東レ・メディカル株式会社
医療用具事業部門

当社手術用手袋の製品箱に使用されているインクの 色ムラについて

拝啓 初春の候、お客様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社商品に対しまして格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社が製造販売する手術用手袋におきまして、製造元の都合により、製品箱を製造・印刷する際に使用するインクに色ムラが生じ、製品箱の一部(プロダクトカラー)に通常の色合いと若干異なっている製品が流通していることご案内申し上げます。対象製品を下記にてお知らせいたします。ご迷惑をお掛けし、申し訳ございません。今後は、本来の製品箱に統一するため、この色ムラがある製品箱は一時的な変更となる旨、ご理解いただけますと幸いです。

尚、製品箱の色ムラによる製品の安全性に問題がないことが確認できております。
個包装、箱、価格、入り数、カタログNo、JANコードなどの変更はございません。
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

- 1) 手術用手袋 メディグリップ・ノーパウダー
天然ゴム製手術用手袋 管理医療機器 226ADBZX00161000
- 2) センシタッチ天然ゴム製手術用手袋(センシタッチ・プロ・ノーパウダー)
天然ゴム製手術用手袋 管理医療機器 304ADBZX00081000

2. (正)本来の製品箱 と (一部製品) 色ムラありの製品箱 の比較

添付資料をご参照ください。

以上

<お問い合わせ先> 医療用具事業部門

札幌・〒060-0031 札幌市中央区北一条東2-5-2(札幌泉第2ビル)
仙台・〒981-3121 仙台市泉区上谷刈1-5-3
東京・〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12(龍角散ビル)
名古屋・〒481-0031 愛知県北名古屋市弥勒寺東4-173
大阪・〒541-0059 大阪市中央区博労町4-2-15(ヨドコウ第2ビル)
広島・〒731-0124 広島市中区胡町4-21(朝日生命広島胡町ビル)
福岡・〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-13-21

TEL:(011)251-2233(代)
TEL:(022)772-5773(代)
TEL:(03)5835-2762(代)
TEL:(0568)21-5600(代)
TEL:(06)6253-7002(代)
TEL:(082)544-2761(代)
TEL:(092)477-3016(代)

【添付資料】

(正)本来の製品箱	(一部製品) 色ムラありの製品箱
手術用手袋 メディグリップ・ノーパウダー	
<p>プロダクトカラーの帯の紫色が強い。</p>	<p>プロダクトカラーの帯のピンク色が強い。</p>
センシタッチ天然ゴム製手術用手袋(センシタッチ・ノーパウダー)	
<p>プロダクトカラーの帯のブルーが明るい。</p>	<p>プロダクトカラーの帯のブルーが暗く、緑が明るい。</p>